

# 三和電気計器(株) SEM-10 換算表

真空管試験表	型名	フィラメント 電圧	良範囲	型名	フィラメント 電圧	良範囲	型名	フィラメント 電圧	良範囲	型名	フィラメント 電圧	良範囲	型名	フィラメント 電圧	良範囲
	01A(201A)	2	緑	6A7	6.3	赤	6P7G	6.3	赤	27A	2.5	赤	58	2.5	赤
	PH-1	12	黄	6A8	6.3	赤	6Q7	6.3	黄	30.31.32	2	緑	71A	5	赤
	1A4	2	緑	6B6	6.3	赤	6S7G	6.3	赤	33.34	2	緑	75	6.3	黄
	1B4	2	緑	6B7	6.3	赤	6U7G	6.3	赤	36A	6.3	赤	76	6.3	赤
	1F4	2	緑	6B8	6.3	赤	6V6	6.3	黄	37A	6.3	赤	77	6.3	赤
	FM2A05A	12	黄	6C5	6.3	赤	6Z1V	6.3	赤	38A	6.3	赤	78	6.3	赤
	2A3	2.5	黄	6C6	6.3	赤	6ZP1	6.3	赤	39A	6.3	赤	80	5	赤
	2A5	2.5	赤	6D6	6.3	赤	6Z3V	6.3	赤	40	5	緑	82	2.5	赤
	2A6	2.5	黄	6F6	6.3	赤	12A	5	赤	41	6.3	赤	84	6.3	黒
	2A7	2.5	赤	6F7	6.3	赤	12B	5	赤	42	6.3	赤	89	6.3	赤
	2B6	2.5	赤	6H6A	6.3	赤	12F	5	赤	43	24	赤	807	6.3	黄
	2B7	2.5	赤	6J7	6.3	赤	12YR1	12	赤	45	2.5	赤	6301	6.3	黄
	5Z3	5	黄	6K7	6.3	黄	12YV1	12	赤	46	2.5	赤	6302	6.3	黄
	5Z4	5	黄	6L6	6.3	赤	12ZP1	12	赤	47	2.5	赤			
	6A3	6.3	赤	6L6A	6.3	黒	24ZK2	24	黒	47B	2.5	赤			
6A3B	6.3	黄	6L7	6.3	黄	24B	2.5	赤	56	2.5	赤				
6A5G	6.3	黄	6N7	6.3	黄	26B	1.5	緑	57	2.5	赤				

三和電気計器株式会社

「FIL」 ヒーター電圧
0 V
1.1 V
1.4 V
2 V
2.5 V
5 V
6.3 V
12 V
24 V
35 V
50 V

「CATHODE」 カソード位置
LINEADJ
SHORT 1
2
3
4
5
6
FIL

「LINEADJ」 ゼロ点調整
OFF
↓
UP